



財團法人全國認證基金會
Taiwan Accreditation Foundation

認證證書

(證書編號：L3111-251218)

茲證明

怡安醫療器材股份有限公司

測試實驗室

苗栗縣竹南鎮新南里七鄰三角店 28-2 號

為本會認證之實驗室

認證依據：ISO/IEC 17025：2017；CNS 17025：2018
認證編號：3111
初次認證日期：一百零五年六月八日
認證有效期間：一百一十四年十二月二十日至一百一十七年十二月十九日止
認證範圍：測試領域，如續頁

董事長

陳怡鈴



掃描確認真偽

中華民國一一四年十二月十八日

認證編號：3111
實驗室主管：徐志宏

▣ 15.99 醫療器材
醫療器材
B046 無菌試驗
ISO 11737-2
USP (71)
生長/未生長

報告簽署人：徐志宏；莊佩瑜

B047 生物負荷量試驗/回收率
ISO 11737-1
USP (71)
回收率：0 to 100 %

報告簽署人：徐志宏；莊佩瑜

C542 EO/ECH 殘留測試
ISO 10993-7 (K.4.3)
EO 殘留測試：(0.06 to 1500) mg/device
ECH 殘留測試：(0.01 to 200) mg/device

報告簽署人：徐志宏；莊佩瑜

(以下空白)

